



REGIONALNE CENTRUM GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A.

Numer postępowania: EU/AN/Lab/41/X/2019
EU/AN/...../11/2019

Tychy, dnia 13.11.2019 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawę testów, odczynników, akcesoriów laboratoryjnych, przyrządów pomiarowych i sprzętu pomocniczego dla laboratorium Oczyszczalni Ścieków w Tychach – Urbanowicach i laboratorium Wodnego Parku Tychy z podziałem na 9 zadań”.

Zamawiający informuje, iż w dniu 12.11.2019 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ w w/w przedmiocie postępowania. Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), zwanej dalej ustawą Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

proszę o informację, czy w zadaniu nr 3 akceptują Państwo zakres pH, jak podano w ostatniej kolumnie poniższej tabeli.

10	Roztwór buforowy o wysokiej jakości, wzorcowany z NIST, oznaczony na czerwono, pH 4,01 ± 0,02 przy 25°C, op. 500 ml/1 op	4op.	23%				Pytanie pH 4,00-4,02 ± 0,02
11	Roztwór buforowy o wysokiej jakości, wzorcowany z NIST, oznaczony na żółto, pH 7,00 ± 0,02 przy 25°C, op. 500 ml/1 op	4 op.	23%				Pytanie pH 6,99-7,01 ± 0,02
12	Roztwór buforowy o wysokiej jakości, wzorcowany z NIST, oznaczony na niebiesko, pH 10,01 ± 0,02 przy 25°C, op. 500 ml/1 op	4 op.	23%				Pytanie pH 9,98-10,02 ± 0,03

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza roztworów buforowych o dokładności podanej przez Wykonawcę.

Pytanie 2

proszę o informację, do jakiego urządzenia przeznaczone są testy opisane w zadaniu nr 1.

Odpowiedź

Testy kuwetowe opisane w części 1 przeznaczone są do stosowania w urządzeniu HACH DR 2900 i DR 3900.

Wyjaśnienia SIWZ stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na stronie internetowej RCGW/BIP, na której jest udostępniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia tj.: <http://bip.rcgw.pl/bip/przetargi>.

Termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Ekonomiczno-finansowych

mgr Aneta Dąbrowska

